

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA 16066 United States of America MSA-The Safety Company	
製造者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA 16066 United States of America MSA-The Safety Company	
品名	マルチガス検知器	
型式の名称	ALTAIR 2X	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	I I C T 4 G b	
防爆記号	E x i a I I C T 4 G b	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JN10SH-TR-46-1 及び 6:2015	
定格	電源 DC 3.6 V (塩化チオニールリチウム電池 S a f e L S 1 7 3 3 0 1 本) 周囲温度 - 4 0 ° C ~ + 6 0 ° C	
使用条件	電池は危険場所で交換しないこと。 マルチガス検知器の容器は接触可能な金属部品を有しており、その静電容量は 4 0 p F であった。危険場所で使用する際は、接触可能な金属部分について、使用者が静電気帯電に対する安全性を確認すること。	
型式検定合格番号	第 TC 2 2 5 1 8 X 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 1 9 年 6 月 1 2 日から 2 0 2 2 年 6 月 1 1 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 2 年 6 月 1 2 日から 2 0 2 5 年 6 月 1 1 日まで		試験認証部 後藤 隆
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 1 9 年 6 月 1 2 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長